

Roma, 11.10.2019

Prot. n. 137/AL

Oggetto: Indagine di mercato per l'affidamento della fornitura in noleggio di biancheria, materasseria, vestiario, teleria, strumentario chirurgico e dei servizi integrati di sterilizzazione, lavanolo, manutenzione e logistica per le sedi dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

In riferimento all'Indagine di mercato per l'affidamento della fornitura in noleggio di biancheria, materasseria, vestiario, teleria, strumentario chirurgico e dei servizi integrati di sterilizzazione, lavanolo, manutenzione e logistica per le sedi dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, a seguito dei quesiti trasmessi dalle Ditte in merito alla documentazione di gara, si forniscono i seguenti chiarimenti utili ai fini della predisposizione dei progetti/offerta:

Quesito n. 1

All'art 2.1 del Capitolato, lett. a), si richiede di attestare un fatturato globale annuale realizzato in ognuno degli ultimi tre esercizi finanziari, non inferiore al doppio dell'importo offerto secondo quanto dettagliato al successivo art. 24. Posto che nei documenti di partecipazione non possono essere fornite indicazioni relative all'offerta economica, considerato anche che all'art. 24 del Capitolato non sono rinvenibili altri riferimenti, si richiede di precisare l'importo del fatturato globale annuale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari che il concorrente dovrà possedere ai fini della partecipazione all'indagine di mercato in oggetto.

Chiarimento

Ai fini della partecipazione all'indagine di mercato di cui all'oggetto, la Società dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali idonei all'espletamento dei servizi richiesti.

A tal fine è richiesto alle Ditte di presentare i Bilanci o estratti dei bilanci di Impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che attestino il fatturato globale annuale realizzato in ognuno degli ultimi tre esercizi finanziari. L'Ospedale si riserva di verificare in fase di valutazione del progetto offerta che il fatturato globale annuale realizzato e attestato dalla Ditta, in ognuno degli ultimi tre esercizi finanziari, non sia inferiore al doppio dell'importo offerto secondo le modalità dettagliate all'art. 24 del CSA.

Quesito n. 2

Il Capitolato, all'art. 2.1 lett b) richiede l'elenco relativo ai servizi erogati nel settore oggetto della presente indagine di mercato realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, con il dettaglio degli importi, delle date e dei destinatari nel settore sanitario-pediatrico. Si richiede di confermare che il suddetto requisito possa essere soddisfatto da parte del concorrente avente comprovata e certificata esperienza maturata nel settore della sterilizzazione per aziende/cliniche sanitarie aventi al proprio interno, anche reparti di pediatria.

Chiarimento

Premesso che quanto richiesto all'art. 2.1 lett b) del CSA non costituisce requisito per la partecipazione all'indagine di mercato di cui all'oggetto, bensì elemento utile alla

commissione per valutare l' idoneità e la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale delle Ditte, ed essendo l' eventuale segnalazione di comprovata e certificata esperienza maturata nel settore della sterilizzazione per aziende/ cliniche sanitarie aventi al proprio interno reparti di pediatria elemento utile per la valutazione dei suddetti elementi, si conferma la possibilità di prevedere tale elenco all' interno della documentazione di cui il punto 2.1 lett b).

Quesito n. 3

Il Capitolato all' art. 2.1 lett c), richiede di indicare i principali settori di attività con l' evidenza del peso sul fatturato. Si richiede di confermare che l' evidenza del peso sul fatturato debba essere espressa mediante percentuale, rispetto al fatturato generale realizzato dal concorrente.

Chiarimento

Si conferma che l' evidenza del peso sul fatturato dovrà essere indicato dalle Ditte mediante percentuale rispetto al fatturato generale realizzato dal concorrente.

Quesito n. 4

Si richiede di confermare che il requisito di cui all' art. 2.1 lett. d), possa essere soddisfatto mediante elenco di aziende ospedaliere aventi al proprio interno apposito reparto di pediatria.

Chiarimento

Con la medesima premessa e secondo i medesimi motivi enunciati al chiarimento n°2, si conferma la possibilità di prevedere tale elenco all' interno della documentazione di cui il punto art. 2.1 lett. d) del CSA.

Quesito n. 5

Il Capitolato all' art. 2.1 lett f) richiede una "Dichiarazione attestante l' ottima fattura e qualità dello strumentario offerto rilasciata dal fabbricante". Si richiede di precisare se al fine di soddisfare il predetto requisito, possa essere sufficiente dimostrare che lo strumentario e i container riportino marchio CE di conformità alla Direttiva 93/42/CE.

Chiarimento

Il marchio CE 93/42/CE, richiesto all' art. 7.2 del CSA, costituisce elemento essenziale per la presentazione dell' offerta di cui al Lotto 3 ma allo stesso tempo non sufficiente per le Ditte che intendono presentare offerta proponendo strumentario chirurgico non di nuova fabbricazione. In tal caso l' Ospedale richiede altresì alle Ditte di presentare un' apposita dichiarazione del fabbricante del suddetto strumentario che attesti l' ottima fattura e qualità dello strumentario offerto in occasione dell' indagine di mercato in oggetto. Ciò al fine di consentire alla commissione dello Scrivente Ospedale di poter verificare, in sede di valutazione del progetto offerta, la qualità e lo stato dello strumentario chirurgico offerto per l' espletamento del servizio; fermo restando che lo stesso strumentario potrà essere comunque soggetto a preventiva valutazione da parte di Ente terzo durante il prosieguo dell' indagine di mercato e prima dell' eventuale aggiudicazione. È intenzione dell' Ospedale verificare mediante diverse modalità che lo strumentario eventualmente offerto dalle Ditte sia integro e in ottimo stato. Difatti, come previsto all' art. 24 del CSA, la qualità e lo stato dello strumentario chirurgico offerto saranno elementi che verranno tenuti in considerazione dalla commissione per l' aggiudicazione del Lotto 3.

Quesito n. 6

Il Capitolato all'art. 2, lett e) richiede il possesso della "Certificazione di qualità UNI EN ISO 17664/2018, altre ed eventuali certificazioni rilasciate da Ente Terzo qualificato che attestino la tutela e il rispetto dei diritti umani, dei lavoratori, del posto di lavoro, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente". Si richiede di confermare che il rimando alla certificazione UNI EN ISO 17664/2018, costituisca refuso. In riferimento alle "altre ed eventuali certificazioni rilasciate da Ente Terzo qualificato che attestino la tutela e il rispetto dei diritti umani, dei lavoratori, del posto di lavoro, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente", considerato anche che le predette certificazioni, non sono strettamente correlate alla qualità del servizio della presente indagine, si richiede:

- di confermare che le predette certificazioni non siano condizione di partecipazione necessaria alla procedura in oggetto;
- di precisare quali siano i documenti che possano attestare la tutela e il rispetto dei diritti umani, dei lavoratori, del posto di lavoro, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente.

Chiarimento

A tal riguardo si segnala che nonostante non sia possibile certificare un sistema di qualità in accordo alla norma UNI EN ISO 17664/2018, viene richiesto alle Ditte partecipanti all'indagine di mercato di dimostrare di essere conformi ai requisiti di cui la suddetta norma, presentando la documentazione probante tali adempienze e specificandone modalità e contenuti nella Relazione Tecnica di cui l'art. 25 del CSA.

Allo stesso modo è richiesto altresì alle Ditte di presentare eventuali ulteriori certificazioni, rilasciate da Ente Terzo qualificato, che attestino invece la tutela e il rispetto dei diritti umani, dei lavoratori, del posto di lavoro, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente. Tali ulteriori certificazioni, essendo eventuali così come indicando al punto 2, lett e), non costituiscono condizioni di partecipazione bensì elementi utili alla commissione per la valutazione dell'idoneità professionale delle Ditte concorrenti. Si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti certificazioni: UNI ISO 45001:2018, SA8000:2014, UNI EN ISO 9001: 2015, ecc.

Quesito n. 7

Il Capitolato all'art. 12.2 statuisce che la Ditta dovrà presentare la propria offerta unitamente ad una garanzia pari al 2% dell'importo per l'eventuale appalto. Si richiede di precisare esattamente l'importo richiesto per la cauzione provvisoria e se lo stesso, analogamente a quanto previsto dalla disciplina di cui all'art. 93 co. 7, D.Lgs. 50/2016, potrà essere soggetto alle riduzioni, qualora il concorrente sia in possesso delle idonee certificazioni.

Chiarimento

L'importo richiesto per la cauzione provvisoria di cui l'art. 12.2 del CSA è pari al 2% dell'importo offerto dalla Ditta per l'eventuale appalto. Resta inteso che lo stesso importo potrà essere soggetto alle riduzioni di cui all'art. 93 co. 7, D.Lgs. 50/2016, qualora la Ditta concorrente presenti in sede di gara le idonee certificazioni e un'apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale si evinca la volontà della Ditta concorrente di beneficiare della riduzione di cui sopra.

Quesito n. 8

Il Capitolato all'art. 12.3 richiede in caso di aggiudicazione, il rilascio di una garanzia fideiussoria rinnovabile annualmente. Si richiede di confermare che anche tale importo richiesto per il rilascio della garanzia definitiva, possa essere soggetto alle riduzioni di cui al D.Lgs. 50/2016, qualora il Concorrente risulti in possesso delle idonee certificazioni.

Chiarimento

L'importo per la cauzione definitiva di cui l'art. 12.3 del CSA potrà essere soggetto alle riduzioni di cui all'art. 103 co. 1, D.Lgs. 50/2016, qualora la Ditta concorrente presenti in sede di gara le idonee certificazioni e un'apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale si evinca la volontà della Ditta concorrente di beneficiare della riduzione di cui sopra.

Quesito n. 9

Lotto 2 Fornitura di set Procedurali: In riferimento all'offerta, si chiede cortesemente se è obbligatorio offrire tutte e tre le tipologie, cioè TTR + TNT + MISTI o possiamo produrre solo una tipologia ad esempio TNT.

Chiarimento

Come specificato all'art. 24.2 del CSA, è possibile presentare offerta per il Lotto 2 prevedendo esclusivamente la fornitura di una tipologia di Set Sterili chirurgici.

Quesito n. 10

Lotto 2 Fornitura di set Procedurali: Qualora fosse obbligatorio la quotazione di tutte e tre le tipologie, nell'ottica di formulare un'appropriata offerta per le vostre esigenze, per quanto riguarda la tipologia MISTA, si chiede cortesemente di indicare per ogni kit il mix di prodotto contenuto (TTR + TNT).

Chiarimento

Come chiarito al punto precedente, non è obbligatoria la quotazione di tutte e tre le tipologie di Set Sterili chirurgici.

Quesito n. 11

Come riportato sul Capitolato Speciale d'Appalto, pag. 24, art. 12, comma 12.2, viene richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto. Non essendoci alcun importo indicato sulla documentazione di gara, chiediamo delucidazioni per come calcolare il 2% per la fidejussione. Chiediamo altresì, se possiamo applicare i principi di cui al D.Lgs 50/2016, per la riduzione dell'importo dal 2% allo 0,80% per il possesso delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001.

Chiarimento

L'importo richiesto per la cauzione provvisoria di cui l'art. 12.2 del CSA è pari al 2% dell'importo offerto dalla Ditta per l'eventuale appalto. Resta inteso che lo stesso importo potrà essere soggetto alle riduzioni di cui all'art. 93 co. 7, D.Lgs. 50/2016, qualora la Ditta concorrente presenti in sede di gara le idonee certificazioni e un'apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale si evinca la volontà della Ditta concorrente di beneficiare della riduzione di cui sopra.

Quesito n. 12

Sul Capitolato Speciale d'Appalto alla pagina 8/54, al comma e) viene riportata come certificazione di qualità da presentare, la UNI EN ISO 17664:2018 indicandola come certificazione per la tutela e il rispetto dei diritti umani, dei lavoratori, del posto di lavoro, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente. Tuttavia le certificazioni che attestano la tutela e il rispetto dei diritti umani, dei lavoratori, del posto di lavoro, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente, sono la ISO 18001 e la SA 8000. Chiediamo conferma che la richiesta del possesso della UNI EN ISO 17664 sia un mero refuso.

Chiarimento

A tal riguardo si segnala che nonostante non sia possibile certificare un sistema di qualità in accordo alla norma UNI EN ISO 17664/2018, viene richiesto alle Ditte partecipanti all'indagine di mercato di dimostrare di essere conformi ai requisiti di cui la suddetta norma, presentando la documentazione probante tali adempienze e specificandone modalità e contenuti nella Relazione Tecnica di cui l'art. 25 del CSA.

Allo stesso modo è richiesto altresì alle Ditte di presentare eventuali certificazioni, rilasciate da Ente Terzo qualificato, che attestino invece la tutela e il rispetto dei diritti umani, dei lavoratori, del posto di lavoro, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente. Tali certificazioni, essendo eventuali così come indicando al punto 2, lett e), non costituiscono condizioni di partecipazione bensì elementi utili alla commissione per la valutazione dell'idoneità professionale delle Ditte concorrenti

Quesito n. 13

L'art. 13 del capitolato Speciale d'Appalto, statuisce che "la Ditta dovrà stipulare con primaria Compagnia Assicuratrice e con oneri a proprio carico, una polizza per la responsabilità civile verso terzi (RCT/O) vincolata a favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, per danni derivanti dai servizi eventualmente affidati che renda indenne l'Ospedale da ogni conseguenza dannosa che possa derivare da azioni di terzi o di propri dipendenti" nonché "Tale polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, presso la Direzione Generale".

Per policy non è consentito consegnare la polizza contratta dalla nostra Corporation così come non è consentita l'apposizione di vincolo alcuno. Si richiede la conferma del seguente ed alternativo modus operandi:

- il broker della Corporation dichiara l'esistenza della polizza RCT/RCO con conferma di massimali richiesti nel Capitolato;
- il broker allega alla dichiarazione che precede il Certificate of Insurance che racchiude i massimali anche con significato (conferma) di quietanza dell'annualità;
- il broker dichiara che il contratto Bambino Gesù è sede operativa inclusa nel raggio di azione della citata copertura/polizza;
- il broker conferma che la polizza contratta è in grado di indennizzare l'Ospedale Bambino Gesù per ogni danno che dovesse essere arrecato alla struttura/terzi.

Chiarimento

Risultano ammissibili le sopraelencate modalità. In tali casi la Ditte dovranno altresì presentare le seguenti dichiarazioni:

- Dichiarazione con la quale la Ditta si impegna a garantire il mantenimento della garanzia di cui l'art. 13 del CSA nei limiti previsti e per l'intera durata dell'eventuale contratto di appalto;
- Dichiarazione con la quale la Ditta si impegna a fornire tempestivamente all'Istituto, comunicazione in ordine a eventuale recesso e/o disdetta e/o qualsiasi altra vicenda futura relativa alla suddetta polizza.

Quesito n. 14

Chiediamo se la richiesta della certificazione di qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 17664 2018 è un refuso oppure che cosa si intenda in quanto, la norma UNI EN ISO 17664:2018 specifica i requisiti relativi alle informazioni che devono essere fornite dal fabbricante di dispositivi medici riguardanti il condizionamento di un dispositivo medico che richiede pulizia seguita da disinfezione e/o sterilizzazione per garantire che il dispositivo sia sicuro ed efficace per l'uso previsto. Quindi sono le indicazioni che il fabbricante di DMR deve fornire al fine di garantire il corretto ricondizionamento dello strumentario ed assicurarne il corretto utilizzo

Chiarimento

A tal riguardo si segnala che nonostante non sia possibile certificare un sistema di qualità in accordo alla norma UNI EN ISO 17664/2018, viene richiesto alle Ditte partecipanti all'indagine di mercato di dimostrare di essere conformi ai requisiti di cui la suddetta norma, presentando la documentazione probante tali adempimenti e specificandone modalità e contenuti nella Relazione Tecnica di cui l'art. 25 del CSA.

Quesito n. 15

Chiediamo conferma che per "altre ed eventuali certificazioni rilasciate da ente Terzo qualificato" si intendano le seguenti certificazioni: UNI EN ISO 45001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 22301.

Chiarimento

E' richiesto alle Ditte di presentare eventuali certificazioni, rilasciate da Ente Terzo qualificato, che attestino la tutela e il rispetto dei diritti umani, dei lavoratori, del posto di lavoro, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente. Tali ulteriori certificazioni, essendo eventuali e non elencate tassativamente all'art. 2, lett. e), non costituiscono condizioni di partecipazione bensì elementi utili alla commissione per la valutazione dell'idoneità professionale delle Ditte concorrenti. La presentazione di suddetta documentazione è pertanto lasciata alla discrezionalità delle Ditte. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le seguenti certificazioni: UNI ISO 45001:2018, SA8000:2014, UNI EN ISO 9001: 2015, ecc.

Quesito n. 16

In riferimento a quanto richiesto nell'offerta economica del Lotto 2, chiediamo:

- Importo unitario intervento con SET in T.T.R.: in riferimento all'allegato 5 e 6 i set in TTR nella composizione sterile devono essere inseriti anche i Presidi Medici: siringhe, bisturi, ciotole, ecc; o nella composizione del set deve essere presente solo la teleria e capi in TTR?

- Importo unitario intervento con SET in T.N.T.: in riferimento all'allegato 5 e 6 i set in TNT nella composizione sterile devono essere inseriti anche i Presidi Medici: siringhi, bisturi, ciotole, ecc; o nella composizione del set deve essere presente solo la teleria e capi in TNT?
- Importo unitario intervento con SET "Misto": in riferimento all'allegato 5 e 6 i set in MISTO nella composizione sterile devono essere comprensivi sia di capi e teleria in tessuto non tessuto (TNT) sia di capi e teleria in tessuto tecnico riutilizzabile (T.T.R.), e Presidi Medici siringhi, bisturi, ciotole, ecc?

Chiarimento

Si precisa che nella composizione dei SET devono essere inseriti anche i presidi medici presenti negli elenchi delle composizioni dei SET (allegato 6: SET procedurali).

Quesito n. 17

Ulteriore chiarimento in merito alla giustificazione dell'offerta economica del Lotto 2: è possibile inserire 3 giustificazioni in relazione alle tre offerte (nel file allegato 10 offerta economica Lotto 2 è presente una sola tabella di giustificazione)?

Chiarimento

Confermato, è possibile inserire più giustificazioni in relazione al numero di offerte previste per il Lotto 2.

Quesito n. 18

In riferimento all'art. 14, a pag 26 del CSA, si richiede gentilmente di specificare, per ogni dipendente dell'attuale gestore indicato nella tabella riassuntiva, in quale servizio specifico e in quale lotto dell'indagine di mercato, è impiegato.

Chiarimento

Si specifica che i dipendenti dell'attuale gestore indicati nella tabella di cui l'art. 14 del CSA sono impiegati principalmente per il Lotto 1 e non attribuiti a specifici Servizi.

Quesito n. 19

All'art. 25 del Capitolato Speciale - Relazione Tecnica della Ditta - si richiede che la Ditta debba presentare, unitamente all'offerta economica, una dettagliata "Relazione Tecnica" contenente la descrizione dell'organizzazione e delle modalità gestionali ed operative previste per l'espletamento dei servizi (...). Segue l'elenco dettagliato di quanto la relazione tecnica dovrà riportare, in cui sono presenti alcuni argomenti che riguardano alcuni lotti, altri tutti quanti. Si chiede conferma, alla luce del fatto che l'offerta va sviluppata per tre lotti di gara, aggiudicabili separatamente, che si possano produrre tre relazioni separate, una per ciascun lotto, in base alla tipologia di servizio trattato, ognuna da produrre unitamente alla offerta economica di riferimento, e che i contenuti trattati siano da declinare in relazione allo specifico servizio e ai punti richiesti della relazione unicamente applicabili.

Chiarimento

Si conferma che possono essere presentate tre relazioni separate, una per ciascun lotto, in base alla tipologia di servizio trattato, ognuna da produrre unitamente alla offerta economica di riferimento.

Quesito n. 20

Essendo prevista la possibilità, all'art. 24.2 del Capitolato, di formulare offerta per una sola delle tipologie di set di cui al lotto n. 2, chiediamo conferma che gli argomenti richiesti da trattare in relazione tecnica, al successivo art. 25 del medesimo capitolato, possano essere tarati sullo specifico servizio (ad es. solo su TNT) e che pertanto ogni riferimento dell'art. 25 stesso alle altre tipologie di set (es. solo TTR o misto TIR/TNT) non sia pertanto da tenere in considerazione ai fini della redazione dell'offerta tecnica.

Chiarimento

Si conferma che gli argomenti richiesti da trattare nella relazione tecnica (art. 25) potranno far riferimento allo specifico servizio.

Quesito n. 21

Si chiede conferma che ogni riferimento, nell'elenco degli argomenti di cui all'art. 25 del Capitolato speciale, all'HACCP nelle modalità di controllo igienico sanitario dei capi trattati sia un refuso e che tali modalità di controllo debbano riferirsi invece alla norma UNI EN ISO 14065 che: fornisce un sistema di analisi di rischio e controllo della biocontaminazione (RABC) per processi di lavaggio.

Chiarimento

Si conferma che ogni riferimento, nell'elenco degli argomenti di cui all'art. 25 del Capitolato, all'HACCP nelle modalità di controllo igienico sanitario dei capi trattati è un refuso e che tali modalità di controllo si riferiscono alla norma UNI EN ISO 14065:2004.

Quesito n. 22

Nell'articolo 5.1 – “Materasseria” - si legge “Per tutti i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, quali per esempio lenzuola, tendaggi la Ditta aggiudicataria dovrà presentare certificazione di omologazione di reazione al fuoco classe 1”. Si chiede di confermare che la richiesta certificazione di omologazione di reazione al fuoco classe 1 per le lenzuola (nonché per tutti gli articoli di teleria piana, anche non espressamente indicati, quali federe, traverse e copriletti etc) sia un refuso, e che, dato che il paragrafo sopra citato ha per oggetto, per l'appunto, la materasseria, tale richiesta sia riferita esclusivamente alle fodere della materasseria. Analogamente si chiede che anche tale medesima richiesta di certificazione di omologazione in classe 1 in riferimento alle tende, non oggetto di fornitura, sia un mero refuso.

Chiarimento

Si conferma quanto riportato in Capitolato (articolo 5.1) specificando altresì che, quanto scritto, riprende la lett. d) del punto 15.2 del Titolo III dell'Allegato del DM 19.03.2015 che prevede per le strutture sanitarie preesistenti che *i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1*. Da tale specifica si evince ancora che il riferimento ai tendaggi è puramente esemplificativo in relazione alla individuazione di tutti i materiali a cui risulta applicabile tale definizione (lenzuola, fodere materassi ecc.).

Quesito n. 23

Nell'Allegato 3: Calzature" per le figure Personale Non Sanitario (compresi n° 2 Camminatori), Eletttricisti, Personale Autopatco, Personale Sanitario - Emergenza Territoriale, si richiedono, tra le "Ulteriori caratteristiche tecniche", anche:

- M: calzatura con protezione metatarsale
- CR: tomaia resistente al taglio

La prima caratteristica (M: calzatura con protezione metatarsale) è tipica di calzature per anti-incendio boschivo, calzature per fonderie, calzature per industria siderurgica, calzature per l'industria meccanica, calzature per Vigili del fuoco, stivali per l'edilizia, stivali per raffinerie, stivali per silvicoltura e agricoltura (INDUSTRIA PESANTE).

Chiediamo di specificare se trattasi di "refuso", o se limitata alla Figura Personale Non Sanitario (compresi n° 2 Camminatori), aventi l'unico profilo professionale che sembrerebbe essere compatibile con tale richiesta.

Anche la seconda caratteristica (CR: tomaia resistente al taglio) è richiesta specificatamente nell'ambito delle industrie del vetro, automobilistiche e negli stivali per raffinerie, stivali per silvicoltura e agricoltura e industria alimentare in quest'ultimo caso certificati come S5.

Si chiede di confermare che trattasi di refuse, e che pertanto che tale ulteriore caratteristica non sia effettivamente da tenere in considerazione, in quanto riferibile ad un settore diverso da quelli citati e in particolare perché solitamente posta in relazione a "stivali" e non a "calzature" e quindi non compatibile con le scarpe richieste.

Per quanto riguarda la Calzatura richiesta per gli elettricisti, oltre a suggerire la non idoneità e non necessità di una calzatura per elettricisti avente contestualmente tutte le caratteristiche richieste (CR, E, P, FO, CI, HI, HRO, SRC e puntale) in quanto scomoda, si sottolinea che la caratteristica di isolamento elettrico, tipica dei tronchetti dielettrici e calzature per elettricisti, è propria di calzature certificate SB e non S3. Si chiede pertanto di confermare che per tale profilo professionale (eletttricisti) siano richiesti i soli Tronchetti dielettrici e che siano sufficienti, per tali calzature, le caratteristiche SB, E, P, FO, CI e SRC.

Chiarimento

Con riferimento al punto 5, e in particolare alla nota sulle caratteristiche CR, M prescritte si confermano le specifiche dei dispositivi riportati in Allegato al Capitolato per tutto il personale Non Sanitario. Si specifica a tal proposito che i requisiti tecnici da prevedere per le calzature da fornire al personale non possono essere definiti ricorrendo a una tipizzazione standard, come ipotizzato, ma, come previsto dalla legge, devono essere dedotti dalla Valutazione dei Rischi Aziendale che definisce, per ciascuna mansione, sulla base delle specifiche attività effettivamente svolte, le più idonee misure di protezione da prevedere per il personale. La tabella riepilogativa allegata al capitolato rappresenta a tal proposito un estratto del Documento Aziendale di Valutazione dei Rischi specifico per il personale operante in OPBG. Si conferma la necessità di prevedere per gli elettricisti la dotazione sia di tronchetti dielettrici da utilizzare in caso di emergenza che di calzature. Per quanto attiene le caratteristiche dei soli tronchetti dielettrici si confermano le caratteristiche proposte SB, E, P, FO, CI e SRC.

Quesito n. 24

Nel questionario "Valutazione Fornitoti" si chiede il "Peso in percentuale dell'Ospedale sul fatturato Fornitore". Non essendovi base d'asta o importo stimato dall'Ente non risulta possibile inserire questo dato. Si chiede di fornire l'importo di base d'asta per ciascun lotto, o alternativamente la conferma che tale campo non sia da compilare.

Chiarimento

In riferimento al campo "Peso in percentuale dell'Ospedale sul fatturato fornitore" del Questionario Valutazione Fornitori si conferma che tale campo non va compilato.

Quesito n. 25

Si chiede se i distributori automatizzati di divise presenti attualmente presso l'Ospedale siano divenuti di proprietà dell'Ospedale stesso oppure siano ancora del precedente appaltatore. Qualora di proprietà dell'Ospedale, si chiede se possano essere oggetto di riacquisto e a quale prezzo complessivo o se dovranno essere in ogni caso sostituiti.

Chiarimento

I distributori automatizzati non sono di proprietà dell'Ospedale.

Quesito n. 26

Si chiede di pubblicare le planimetrie di tutti i locali guardaroba e dei locali in uso ai servizi oggetto di affidamento per tutte le strutture dell'Ospedale.

Chiarimento

Si ritiene che il sopralluogo sia stato sufficientemente esplicativo al fine della presentazione dell'offerta.

Quesito n. 27

Si chiede se lo strumentario chirurgico e i DM attualmente utilizzati nell'ambito del servizio sterilizzazione siano divenuti di proprietà dell'Ospedale ed eventualmente se sia oggetto di riacquisto. In tal caso si chiede di specificarne il valore complessivo da considerare.

Chiarimento

Lo strumentario non è di proprietà dell'Ospedale e quindi non oggetto di riacquisto, salvo intese tra i partecipanti alla gara. Per quanto attiene la qualità dello strumentario si rimanda all'art. 7.2 del CSA.

Quesito n. 28

Si chiede a chi sarà in carico il processo di sterilizzazione dello strumentario (inclusi consumabili e tracciabilità) che non può essere trasportato all'esterno e che verrà gestito nelle subcentrali interne. Si chiede anche di specificare per tale attività di sterilizzazione interna i volumi e le tipologie trattate.

Laddove tale processo di cui al punto che precede fosse da prendere in carico a cura dell'azienda appaltatrice, si chiede di pubblicare l'elenco delle apparecchiature disponibili per il servizio suddiviso per struttura ospedaliera, indicato per ciascuna tipologia, marca e capacità.

Chiarimento

La sterilizzazione dello strumentario che non viene processato all'esterno dell'Ospedale è in carico al coordinatore infermieristico del comparto operatorio nel quale è presente una substerilizzazione.

Quesito n. 29

Si chiede di specificare cosa siano e che caratteristiche debbano avere i "fangoni" riportati nell'Allegato 1 Lavano.

Chiarimento

Il telo di "fangoni" è un telo non sterile utilizzato in sala operatoria durante l'attività chirurgica. La caratteristica principale è quella di essere particolarmente assorbente.

Quesito n. 30

Si chiede conferma che possa essere prodotta, in sostituzione degli Attestati di cui all'Art. 2 – Documenti di Partecipazione lett. g)-h), una "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000" con cui verranno comunicati gli Uffici Competenti di INPS e INAIL nonché i nr di Posizione dell'Operatore economico.

Chiarimento

Si conferma che può essere prodotta una dichiarazione in sostituzione degli attestati di cui all'art. 2 lett. g) - h).

Quesito n. 31

Si chiede di confermare che la richiesta di presentazione, come documento di partecipazione, al punto 2.1, lettera e) a pag. 8 di 54 del Capitolato Speciale di Appalto della certificazione di qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 17664 2018 sia un refuso in quanto non si tratta di una certificazione di qualità ottenibile dal concorrente, bensì di una norma che specifica i requisiti relativi alle informazioni che devono essere fornite dal fabbricante di dispositivi medici riguardanti il condizionamento di un dispositivo medico che richiede pulizia seguita da disinfezione e/o sterilizzazione per garantire che il dispositivo sia sicuro ed efficace per l'uso previsto, come correttamente indicato nel medesimo capitolato al punto 7.2 in relazione al lotto 3 – Fornitura in noleggio di strumentario chirurgico. In tal senso si chiede di confermare, pertanto, che debba intendersi che lo strumentario chirurgico che sarà fornito dal concorrente partecipante al lotto 3 dovrà essere corredato delle informazioni sul trattamento e la manutenzione dello strumentario secondo le norme UNI EN ISO 17664 2018, e che in questa fase di partecipazione non debba essere prodotta dall'operatore economico alcuna dichiarazione o attestato a riguardo.

Chiarimento

Confermato. A tal riguardo si segnala che nonostante non sia possibile certificare un sistema di qualità in accordo alla norma UNI EN ISO 17664/2018, viene richiesto alle Ditte partecipanti all'indagine di mercato di dimostrare di essere conformi ai requisiti di cui la suddetta norma, presentando la documentazione probante tali adempimenti e specificandone modalità e contenuti nella Relazione Tecnica di cui l'art. 25 del CSA.

Quesito n. 32

Si chiede di confermare che la richiesta di presentazione, come documento di partecipazione, della “dichiarazione attestante l’ottima fattura e qualità dello strumentario offerto rilasciata dal fabbricante” sia un refuso e che debba intendersi che tale dichiarazione sia da produrre a cura dell’aggiudicatario all’atto della fornitura, non essendo individuabili puntualmente in maniera univoca tutti i fornitori di tutti i dispositivi medici nell’ambito del presente appalto all’atto dell’Offerta per l’indagine di mercato.

Chiarimento

Tale dichiarazione è essenziale nel caso in cui le ditte intendono presentare offerta proponendo strumentario chirurgico non di nuova fabbricazione. Ciò al fine di consentire alla commissione dello Scrivente Ospedale di poter verificare, in sede di valutazione del progetto offerta, la qualità e lo stato dello strumentario chirurgico offerto per l’espletamento del servizio; fermo restando che lo stesso strumentario potrà essere comunque soggetto a preventiva valutazione da parte di Ente terzo durante il prosieguo dell’indagine di mercato e prima dell’eventuale aggiudicazione. È intenzione dell’Ospedale verificare mediante diverse modalità che lo strumentario eventualmente offerto dalle Ditte sia integro e in ottimo stato. Difatti, come previsto all’art. 24 del CSA, la qualità e lo stato dello strumentario chirurgico offerto saranno elementi che verranno tenuti in considerazione dalla commissione per l’aggiudicazione del Lotto 3.

Quesito n. 33

A, punto 2.1 lettera b) del Capitolato Speciale d’Appalto si richiede di indicare un fatturato annuale “relativo ai servizi erogati nel settore oggetto della presente indagine di mercato realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, con il dettaglio degli importi, delle date e dei destinatari (pubblici e privati) nel settore sanitario-pediatrico”. Alla luce del fatto che le Aziende Sanitarie hanno pressoché tutte al loro interno un reparto pediatrico, pur non essendo interamente dedicate a tale settore, e ai fini del rispetto della libera concorrenza e della massima partecipazione, si richiede conferma che l’indicazione specifica del “settore sanitario-pediatrico” sia un refuso e che pertanto debba essere specificato semplicemente il fatturato nel settore dell’indagine di mercato, come riportato nella prima parte della richiesta.

Chiarimento

Si conferma che è sufficiente indicare i fatturati nel settore sanitario indicando i presidi ove siano presenti servizi pediatrici.

Quesito n. 34

si chiede conferma che quanto richiesto al punto 2.1 lettera d) sia soddisfatto dall’elenco delle strutture sanitarie, con indicazione dei relativi posti letto medi complessivi, presso cui la società opera o ha operato nell’ultimo quinquennio.

Chiarimento

Si conferma che quanto richiesto al punto 2.1 d) sia soddisfatto dai posti letto complessivi.

Quesito n. 35

Si chiede conferma che quanto richiesto al punto 2.1 lettera e), vale a dire “altre ed eventuali certificazioni rilasciate da Ente Terzo qualificato che attestino la tutela e il rispetto: dei diritti umani, dei lavoratori, del posto di lavoro, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente” debba intendersi come la richiesta del possesso delle certificazioni OHSAS 18001 e UNI EN ISO 45001, SA8000 e UNI EN ISO 14001.

Chiarimento

Premesso che la mancata presentazione della documentazione richiesta all'art.2.1 lett. e) non costituisce causa di esclusione, si conferma che le certificazioni elencate possano fornire elementi utili alla commissione per la valutazione dell'idoneità professionale delle Ditte concorrenti.

Si elencano di seguito le richieste di chiarimento a carattere tecnico e relativo riscontro:

Descrizione	Richiesta chiarimenti	Riscontro OPBG
SET Laparoscopia		
SIRINGA 10ML	chiediamo se LS o LL	Luer look
SIRINGA, 5ML	chiediamo se LS o LL	Luer look
TELO ADDOMINO PERINEALE 250/175/270x260C	misura del foro addominale e perineale	Addominale e Perineale 10 cm
SET Sala Operatoria ORL Palidoro		
Telo 220x280 ad U	chiediamo la misura della U	15x80 cm
Siringa da 20ml	chiediamo se LS o LL	Luer look
SET Chirurgia Plastica		
Siringa 10 ml	chiediamo se LS o LL	Luer look
Bisturi 10	chiediamo se con manico o solo lama	con manico
SET Neuro		
Siringa 10 ml	chiediamo se LS o LL	Luer look
Bisturi 10	chiediamo se con manico o solo lama	con manico
SET Chirurgia Base		
GARZE TAMPONCINI RX (DIAMETRO 12 MM)	voce doppia, chiediamo se trattasi di refuso	refuso, deve essere presente 1 sola dicitura
SET Chirurgia Neonatale Base		
CANNULA YANKAUER 12/18CH 25CM 4FORI VC	chiediamo se la cannula è richiesta da 12 ch oppure 18 oppure prevedere entrambe?	Entrambe

Descrizione	Richiesta chiarimenti	Riscontro OPBG
Bisturi di sicurezza	Tale dicitura è riportata due volte per un totale di 3 pezzi, si chiede conferma se tale indicazione sia corretta	La quantità corretta è 2
SET Chirurgia Neonatale Avanzata		
CANNULA YANKAUER 12/18CH 25CM 4FORI VC	chiediamo se la cannula è richiesta da 12 ch oppure 18 oppure prevedere entrambe?	Entrambe
Bisturi di sicurezza	Tale dicitura è riportata due volte per un totale di 3 pezzi, si chiede conferma se tale indicazione sia corretta	La quantità corretta è 2
SET Bilaterale Piede		
Siringa 10 ml	chiediamo se LS o LL	Luer look
Siringa da 20ml	chiediamo se LS o LL	Luer look
Telo 150x190	chiediamo se trattasi di tavolo madre o telo da approccio	Tavolo madre
SET Bilaterale Gamba		
Siringa 10 ml	chiediamo se LS o LL	Luer look
Siringa da 20ml	chiediamo se LS o LL	Luer look
Telo 150x190	chiediamo se trattasi di tavolo madre o telo da approccio	Tavolo madre
SET Mano Piede		
Siringa 10 ml	chiediamo se LS o LL	Luer look
Siringa da 20ml	chiediamo se LS o LL	Luer look
Copriamplificatore	chiediamo le misure del copriamplificatore	Diametro 130
SET Universale Standard		
	chiediamo se i camici presenti nel set devono essere di tipologia standard o rinforzata	Tipologia standard
SET Artroscopia		
	chiediamo se i camici presenti nel set devono essere di tipologia standard o rinforzata	Tipologia standard
SET Anca		
Copriamplificatore	chiediamo le misure del copriamplificatore	Diametro 130
copri brillantezza	chiediamo le misure del copri brillantezza	Diametro 130

Descrizione	Richiesta chiarimenti	Riscontro OPBG
stockinet (Ref.611105) + striscia adesiva	chiediamo la misura della stockinet	22x75 cm
SET Oculistica		
Telo oftalmico	chiediamo le misure del foro, se presente il film da incisione e le misure del telo	150x240 cm con film da incisione diametro 10 cm
Ago cistotomo	chiediamo il calibro	25 g
Ago idro	chiediamo il calibro	27 g
Ago sottoadenoniana	chiediamo il calibro	19 g
Tamponi oculari	chiediamo se in uso a freccetta o sigaretta	Sigaretta
SET Laparoscopia		
Etichetta conta garze 10x10 cm 10px xrd ed Etichetta conta garze 40x40 cm 2pz xrd	Si intende garze comprensive di etichette per il conteggio delle medesime o soltanto etichette? Qualora le etichette facessero parte integrante del packaging di contenimento delle garze, nel protocollo sono state omesse le 2 garze da 40x40CM XRD.	Si tratta di un presidio dedicato alla conta delle garze da e per il campo operatorio le garze non hanno etichette specifiche
Camice chirurgico universale SP L e camice chirurgico universal XL SP	Si chiede se trattasi di camici chirurgici standard in TNT monouso, o TTR riutilizzabile?	Da bando è possibile inviare entrambe le opzioni
Fissatubi in velcro 5x15cm c/adesivo	La stessa descrizione è riportata su due righe diverse, per un totale di 3+3 pz. È corretto?	Corretto
SIRINGA 10ML	Si richiede se trattasi di Luer Lock o Luer Cono?	Luer look
SIRINGA, 5ML	Si richiede se trattasi di Luer Lock o Luer Cono?	Luer look
SET Sala Operatoria ORL Palidoro		
Camici taglie S, L, XL	Si intende camici chirurgici standard in TNT monouso, o TTR riutilizzabile?	Da bando è possibile inviare entrambe le opzioni
Telo SO 70x100	TNT monouso o TTR riutilizzabile? Con o senza lato adesivo? (se si specificare se l'adesivo deve essere sul lato più lungo o su quello più corto)	Da bando è possibile inviare entrambe le opzioni dove non specificato la presenza di adesivo NON è necessario

Descrizione	Richiesta chiarimenti	Riscontro OPBG
Telo SO 100x100	TNT monouso o TTR riutilizzabile? Con o senza lato adesivo?	Da bando è possibile inviare entrambe le opzioni dove non specificato la presenza di adesivo NON è necessario
Siringa da 20ml	Si richiede se trattasi di Luer Lock o Luer Cono?	Luer look
SET Chirurgia Plastica		
Telo SO 100x100	TNT monouso o TTR riutilizzabile? Con o senza lato adesivo?	Da bando è possibile inviare entrambe le opzioni dove non specificato la presenza di adesivo NON è necessario
Telo SO 220x260	TNT monouso o TTR riutilizzabile? Con o senza lato adesivo? (se con, specificare se l'adesivo deve essere sul lato più lungo o su quello più corto)	Da bando è possibile inviare entrambe le opzioni dove non specificato la presenza di adesivo NON è necessario
Telo SO 120x160	TNT monouso o TTR riutilizzabile? Con o senza lato adesivo? (se con, specificare se l'adesivo deve essere sul lato più lungo o su quello più corto)	Da bando è possibile inviare entrambe le opzioni dove non specificato la presenza di adesivo NON è necessario
Garza 7x7	si richiede con o senza RX	con identificazione radiografica
SET Neuro		
Camici taglia L	Si intende camici chirurgici standard in TNT monouso, o TTR riutilizzabile?	Da bando è possibile inviare entrambe le opzioni
Telo SO 77x100	TNT monouso o TTR riutilizzabile? Con o senza lato adesivo? (se con, specificare se l'adesivo deve essere sul lato più lungo o su quello più corto)	Da bando è possibile inviare entrambe le opzioni dove non specificato la presenza di adesivo NON è necessario

Descrizione	Richiesta chiarimenti	Riscontro OPBG
Telo SO 160x240	TNT monouso o TTR riutilizzabile? Con o senza lato adesivo? (se con, specificare se l'adesivo deve essere sul lato più lungo o su quello più corto)	Da bando è possibile inviare entrambe le opzioni dove non specificato la presenza di adesivo NON è necessario
Siringa da 10ml	Si richiede se trattasi di Luer Lock o Luer Cono?	Luer look
Ciotola	Si richiede cortesemente di indicare la capacità di contenimento in cc?	250 ml
Garza 7x7	si richiede con o senza RX	con identificazione radiografica
SET Chirurgia Base		
Camici taglia L e S	si intende camici chirurgici standard in TNT o TTR riutilizzabile?	da bando è possibile inviare entrambe le opzioni
Telo SO 70x100	TNT monouso o TTR riutilizzabile? Con o senza lato adesivo? (se con, specificare se l'adesivo deve essere sul lato più lungo o su quello più corto)	Da bando è possibile inviare entrambe le opzioni dove non specificato la presenza di adesivo NON è necessario
Ciotola	Si richiede cortesemente di indicare la capacità di contenimento in cc?	250 ml
GARZE TAMPONCINI RX (DIAMETRO 12 MM)	La stessa descrizione è riportata su due righe diverse, per un totale di 10+10 pz. È corretto?	no, è un refuso, deve essere presente 1 solo rigo
SET Mano-Piede		
Siringa 10 ml e 20 ml	Si richiede se trattasi di Luer Lock o Luer Cono?	Luer look
Telo 75x90 2 strati	con o senza adesivo?	Dove non specificato la presenza di adesivo NON è necessario
Copriamplificatore	si richiedono cortesemente misure: diametro e lunghezza	Diametro 130
Camici: 3 camici taglia L, 1 camice chirurgico taglia L, 1 camice chirurgico taglia M	Si chiede conferma se per "camici taglia L" si intende comunque camici chirurgici e se è corretto un totale di n. 5 camici per questa tipologia di set.	I camici sono chirurgici 3 in totale di cui 1 taglia M, 2 taglia L

Descrizione	Richiesta chiarimenti	Riscontro OPBG
SET Universale Standard		
	Si chiede di verificare se la composizione del set è corretta in quanto sembrerebbe sotto dimensionata, in termini di quantità e misura dei teli per la copertura del paziente, rispetto allo standard di un set universale	corretta
Telo 77x100	TNT monouso o TTR riutilizzabile? Con o senza lato adesivo? (se con, specificare se l'adesivo deve essere sul lato più lungo o su quello più corto)	Da bando è possibile inviare entrambe le opzioni dove non specificato la presenza di adesivo NON è necessario
Camici: 4 camici taglia L, 2 camici chirurgici taglia L, 1 camice chirurgico taglia XL	Si chiede conferma se per "camici taglia L" si intende comunque camici chirurgici e se è corretto un totale di n. 7 camici per questa tipologia di set.	I camici sono chirurgici e pari a 4 in totale di cui 1 taglia M, 3 taglia L
SET Artroscopia		
Camice chirurgico taglia L e M	Si intende camici chirurgici standard in TNT monouso o TTR riutilizzabile? Qualora si trattasse di TNT si chiede conferma che si tratti di camici rinforzati in quanto potrebbero essere più indicati (rinforzo parte frontale e maniche) per tutelare gli utilizzatori dal rischio di esposizione diretta e prolungata ai liquidi previsti nelle procedure di artroscopia	Da bando è possibile inviare entrambe le opzioni NON è necessario, in questo set si tratta di camici standard
Elettrobisturi con pulsanti	include l'elettrodo a lama piatta standard?	Sì
Garze 10x10	si richiede con o senza RX	con identificazione radiografica
Telo 75x90 2 strati	con o senza lato adesivo?	Dove non specificato la presenza di adesivo NON è necessario

Descrizione	Richiesta chiarimenti	Riscontro OPBG
Tubi sterili per aspirazione	Si richiede di indicare l'eventuale lunghezza dei tubi? Tali prodotti sono già previsti all'interno di un set sterile, si chiede pertanto se l'indicazione "sterili" sia un refuso oppure una richiesta dettata da esigenze particolari	Lunghezza 4m debbono essere sterili.
Tasca portastrumenti	Si richiede di indicare le misure e la quantità degli scomparti	Con due scomparti di dimensioni 40x35 cm
SET Anca		
Camici taglia L	Si intende camici chirurgici standard in TNT monouso o TTR riutilizzabile? Nel primo caso potrebbero essere più indicati camici rinforzati (parte frontale e maniche) per tutelare gli utilizzatori dal rischio di esposizione diretta e prolungata ai liquidi previsti nelle procedure di chirurgia, soprattutto protesica, dell'anca.	Da bando è possibile inviare entrambe le opzioni, in questo set si tratta di camici rinforzati
Telo 77x100	TNT monouso o TTR riutilizzabile? Con o senza lato adesivo? (se con, specificare se l'adesivo deve essere sul lato più lungo o su quello più corto)	Da bando è possibile inviare entrambe le opzioni dove non specificato la presenza di adesivo NON è necessario
Telo 75x90 2 strati	con o senza lato adesivo?	Dove non specificato la presenza di adesivo NON è necessario
Siringa 10 ml e 20 ml	Si richiede se trattasi di Luer Lock o Luer Cono?	Luer look
Copriamplificatore	si richiedono cortesemente misure: diametro e lunghezza	Diametro 130
copri brillantezza	si richiedono cortesemente misure: diametro e lunghezza	Diametro 130
Telo copritavolo madre	si chiede conferma se può andare bene lo standard di 150x200cm	Si
Bisturi di sicurezza lama 10	Si chiede conferma che il quantitativo sia corretto	La quantità corretta è 1

Descrizione	Richiesta chiarimenti	Riscontro OPBG
SET Oculistica		
Telo 77x100	TNT monouso o TTR riutilizzabile? Con o senza lato adesivo? (se con, specificare se l'adesivo deve essere sul lato più lungo o su quello più corto)	Da bando è possibile inviare entrambe le opzioni dove non specificato la presenza di adesivo NON è necessario
Telo 120x120	TNT monouso o TTR riutilizzabile? Con o senza lato adesivo? (se con, specificare se l'adesivo deve essere sul lato più lungo o su quello più corto)	Da bando è possibile inviare entrambe le opzioni dove non specificato la presenza di adesivo NON è necessario
Telo 70x100	TNT monouso o TTR riutilizzabile? Con o senza lato adesivo? (se con, specificare se l'adesivo deve essere sul lato più lungo o su quello più corto)	Da bando è possibile inviare entrambe le opzioni dove non specificato la presenza di adesivo NON è necessario
Telo oftalmico	TNT monouso o TTR riutilizzabile? Misure telo? Con o senza sacche raccolta liquidi integrate? Film d'incisione su tutta la superficie del foro che copre l'occhio o soltanto nel bordo esterno?	Da bando è possibile inviare entrambe le opzioni dove non specificato la presenza di adesivo NON è necessario, misure telo 150 x 240 cm con film da incisione e foro oculare 10 cm con sacche
Siringa 20 ml, 5ml, 2,5ml, 1ml	Si richiede se trattasi di Luer Lock o Luer Cono?	Luer look
Ago idro	si richiede di conoscere la misura in Gauge. Punta angolata a sezione piatta tipo "Pearce"?	27g Perace
Ciotola	Si richiede cortesemente di indicare la capacità di contenimento in cc?	250 ml
Coppotta	cosa si intende con tale termine?	CAPPETTA copri occhio per la medicazione esclusiva post intervento
Tamponi oculari	si intende bastoncini oftalmici tipo "sigaretta"?	Sigaretta

Descrizione	Richiesta chiarimenti	Riscontro OPBG
Bisturi 1,1 mm	Si chiede se trattasi di bisturi per faco-emulsificazione angolato bevel up? In questo caso non verrebbe utilizzato il bisturi da 2,75mm sotto riportato (previsto nel set) in quanto, a seconda della lentina intraoculare che viene impiantata dal chirurgo, si utilizza soltanto uno dei due modelli (non entrambi)	Entrambi
Bisturi 2,75 mm	Si chiede se trattasi di bisturi per faco-emulsificazione angolato bevel up? In questo caso non verrebbe utilizzato il bisturi da 1,1mm per le medesime ragioni di cui sopra.	Entrambi
SET Laparoscopia		
CAMICIA UNIVERSALE 5MM/10CM TRASP. C/RUB.	Si fa presente che la camicia (o cannula) è un accessorio che prevede sempre l'utilizzo di un "trocar" (o mandrino) e, da quanto ci risulta, non esiste una camicia "universale" utilizzabile con "trocar" che non siano del medesimo produttore/fornitore di camicie. Si chiede pertanto, nell'ottica di consentire una più ampia partecipazione ai potenziali candidati alla fornitura, di escludere questo componente dal protocollo, o integrarlo con l'inserimento del componente "trocar" al quale dovrà essere abbinata la camicia. In questo caso sarebbe utile una descrizione precisa della tipologia di "trocar" nell'ambito della gamma disponibile sul mercato (con lama, senza lama, o smusso)	Trocar senza lama
SET Sala Operatoria ORL Palidoro		
Telo SO 70x100	Con o senza lato adesivo? (se con, specificare il lato)	Senza adesivo

Descrizione	Richiesta chiarimenti	Riscontro OPBG
Telo SO 100x100	Con o senza lato adesivo? (se con, specificare il lato)	Senza adesivo
SET Chirurgia Plastica		
Telo SO 100x100	Con o senza lato adesivo? (se con, specificare il lato)	Senza adesivo
Telo SO 220x260	Con o senza lato adesivo? (se con, specificare il lato)	Senza adesivo
Telo SO 120x160	Con o senza lato adesivo? (se con, specificare il lato)	Senza adesivo
SET Neuro		
Telo SO 77x100	Con o senza lato adesivo? (se con, specificare il lato)	Senza adesivo
SET Chirurgia Base		
Telo SO 70x100	Con o senza lato adesivo? (se con, specificare il lato)	Senza adesivo
BACKAUS monouso	di plastica o acciaio? Di solito, nei set contenenti teli in TNT monouso, si utilizza la versione in plastica.	Non acciaio, monouso.
SET Mano-Piede		
Telo SO 77x100	Con o senza lato adesivo? (se con, specificare il lato)	Senza adesivo
Telo SO 120x120	Con o senza lato adesivo? (se con, specificare il lato)	Senza adesivo

Descrizione	Richiesta chiarimenti	Riscontro OPBG
SET Universale Standard		
Telo SO 77x100	Con o senza lato adesivo? (se con, specificare il lato)	Senza adesivo
SET Oculistica		
Bisturi 1,1 mm	Utilizzato per paracentesi? Retto o angolato?	Retto


SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI
IL RESPONSABILE