

ATTO DI VALUTAZIONE DI CONGRUITA' TECNICA

1. Atto di valutazione di congruità tecnica presentata dalla Prof.ssa Concetta Quintarelli, con cui è stata esaminata la documentazione tecnica ed è stata valutata congrua la domanda di partecipazione con offerta economica del 12/06/2025, presentata via Pec in data 12/06/2025 dalla Deltek S.r.l., per l'importo di Euro 92.060,00 (novantaduemilasessanta/00) oltre IVA, ove dovuta, rispetto all'importo massimo della fornitura, riportato nella Determina a contrarre, pari ad Euro 96.836,00 (novantaseimilaottocentotrentasei/00) oltre IVA, ove dovuta.

2. Trattasi di documentazione relativa alla procedura mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del d.lgs. 36/2023, per la fornitura di n. 1 incubatore ad anidride carbonica (con sistema di agitazione) per l'Unità di Ricerca Terapia Genica dei Tumori, afferente all'Area di Ricerca Oncoematologia e Officina Farmaceutica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nell'ambito del Progetto "Hub Life Science – Terapia Avanzata (LSH-TA) PNC-E3-2022-23683269 - Finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare Ecosistema Innovativo della Salute" coordinato dal Prof. Franco Locatelli.

Per il dettaglio della fornitura di n. 1 incubatore ad anidride carbonica (con sistema di agitazione) richiesta, si rimanda al Capitolato Tecnico.

3. La fornitura in questione è finanziata con fondi PNC-E3-2022-23683269 del Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare Ecosistema Innovativo Della Salute.

4. Pertanto per la formalizzazione del contratto in questione, l'OPBG ha deciso di procedere in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n.36 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici, nonché di quanto previsto dal D. L. 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021 n.108.

5. La fornitura in questione ha ad oggetto l'acquisto di una strumentazione nell'ambito del Progetto "Hub Life Science – Terapia Avanzata (LSH-TA) PNC-E3-2022-23683269 - Finanziato Dal Ministero Della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare Ecosistema Innovativo Della Salute" coordinato dal Prof. Franco Locatelli.

- **CUP E83C22006230001**

-Relazione Prof.ssa Concetta Quintarelli:

Lo strumento presente in quotazione risulta congruo dal punto di vista tecnico rispetto a quanto richiesto in capitolato tecnico, per le seguenti ragioni:

- incubatore ad anidride carbonica con sistema di agitazione, per la coltura e l'amplificazione delle cellule producer di vettore lentivirale (LVV).
- Incubatore dotato di Orbite di agitazione 0 - 70 mm, stepless, e velocità orbitale: 0/20-500 rpm a 12,5 mm; 0/20-400 rpm a 25 mm; 0/20-300 rpm a 50 mm; 0/20-250 rpm a 70 mm; in tutti i casi, accuratezza 0,5 rpm ed accelerazione controllata
- In grado di coprire un Range temperatura da +10°C rispetto alla temperatura ambiente fino a +60°C con Accuratezza temperatura ($\pm$): 0,1 °C
- Sistema UV per disinfettare gli interni dello strumento
- Vano interno completamente in acciaio inossidabile per una facile pulizia (Design igienico secondo DIN EN ISO 14159)
- Possibilità di impilare uno degli incubatori sull'altro
- Software conforme GMP (CFR 21 part 11)

Data 16/06/2025

Firma

